



질 병 관 리 청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 투시조영촬영 국가 진단참고수준 마련 사업 안내 및 홍보 요청

1. 의료방사선 안전관리 업무 협조에 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리청에서는 안전한 의료방사선 환경 조성을 위해 검사별 방사선 피폭선량 참고치인 진단참고수준*을 주기적으로 설정·갱신하고 있습니다.
* 진단참고수준(diagnostic reference level, DRL): 방사선 영상의학 검사 시 환자선량 분포 중 75% 수준으로 기준을 설정하여 권고하는 값
3. 2025년에는 투시조영촬영 장치의 정기검사* 도래 의료기관을 대상으로 장치의 품질 검사** 실시 및 검사별 환자 피폭선량을 수집하여 의료방사선 안전관리를 위한 국가 진단참고수준을 마련하고자 합니다.
* 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제4조(검사 및 측정)의 정기검사
** 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제4조(검사 및 측정)1항 별표1의 검사기준에 따른 품질검사
4. 이와 관련하여 의료기관의 수요조사*를 실시하고자 하오니 귀 기관 회원에게 안내를 요청드립니다.

* 수요조사 기간: '25.3.13. ~ 기관 선정 마감 시

붙임 투시조영촬영 진단참고수준 마련 사업 참여 수요조사 안내문 1부. 끝.

질 병 관 리 청 장



수신자 관련 학 · 협회

선임연구원

원종훈

보건연구사

길종원

의료방사선건 전결 2025. 3. 12.

강관리과장

민유정

협조자

시행 의료방사선건강관리과-696 (2025. 3. 12.)

접수

우 28161

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 125 만성질환관리국
건강위해대응관 의료방사선건강관리과 / <http://kdca.go.kr>

전화번호 043-219-2981

팩스번호 043-719-7519

/ jh901206@korea.kr

/ 부분공개(5)

건강한 동행, 국민과 함께하는 질병관리청