



식품의약품안전처

식품의약품안전처

영제란
대한민국을 아는
정부 3.0

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 안전성 서한 배포[실리콘겔인공유방]

1. 귀 단체의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 미국 엘러간사의 가슴보형물(실리콘겔인공유방) 파열로 실리콘겔이 모유에 유입된 것으로 보인다는 사례가 보고되어 의료기기 안전성 서한을 배포하오니, 귀 단체 회원들에게 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 의료기관에서 동 사례 관련 의심되는 이상사례 등을 인지하는 경우에는 우리처 (의료기기안전평가과, 043-230-0456, 0459)로 신고해 주시기 바랍니다.

붙임 의료기기 안전성 서한. 끝.



식품의약품안전처장

수신자 보건복지부장관(보건의료정책과장), 보건복지부장관(의료다원정책과장), 보건복지부장관(의료기관정책과장), 대한의사협회장, 대한병원협회장, 의료기기정보기술지원센터장, 한국의료기기산업협회장, 한국의료기기공업협동조합장, 의료기기 안전성정보 모니터링센터장

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|------------------------------|-----|
| 주무관 | 황상연 | 연구관 | 임천일 | 의료기기안전 평가과장 | 황인진 | 의료기기안전 전결 2017. 1. 26. 국장 | 김성호 |
| 협조자 | | | | | | | |

시행 의료기기안전평가과-687 (2017. 1. 26.) 접수

우 28166 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 303, 식품의약
품안전처 별관 / www.mfds.go.kr

전화번호 043-230-0456 팩스번호 043-230-0450 / hsy74@korea.kr / 대한민국 공개