



# 보 건 복 지 부



수신 수신자 참조

(경유)

제목 수술실 폐쇄회로 텔레비전 관련 법령 및 설치·운영 기준(가이드라인) 준수 요청

## 1. 관련 근거

가. 보건복지부 보건의료정책과-4934(2023.9.19.)호

나. 보건복지부 보건의료정책과-4969(2023.9.21.)호

2. '23.9.25.에 개정된 「의료법」 제38조의2(수술실 내 폐쇄회로 텔레비전의 설치·운영) 및 하위법령이 시행됨에 따라 수술실 폐쇄회로 텔레비전 설치·운영 기준(가이드라인) 및 주요 질의응답(Q&A)을 배포하며 시행 협조를 요청드린 바 있습니다.

○ 다만, 최근 수술실 폐쇄회로 텔레비전 설치·운영 시 적절하지 않은 점\*이 발견된 바 다시 한번 수술실 폐쇄회로 텔레비전 설치·운영 기준(가이드라인) 및 주요 질의응답(Q&A)을 공유드리오니 해당 제도 시행에 만전을 기해주시고, 관할 의료기관에 안내·감독해주시기 바랍니다.

\* 환자·보호자가 인지하지 못한 형태의 인쇄물 게시, 인쇄물과 구두 설명 둘 다 하지 않는 경우 등

붙임 1. 수술실 폐쇄회로 텔레비전 설치, 운영 기준(가이드라인) 1부.

2. 의료기관 수술실 CCTV 설치·운영 Q&A 1부. 끝.

보건복지부장관

수신자 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시, 경기도지사, 강원특별자치도지사, 충청북도지사, 충청남도지사, 전북특별자치도지사, 전라남도지사, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 대한의사협회, 사단법인 대한병원협회

주무관

이재혁

서기관

박준형

보건의료정책 전결 2024. 1. 25.

과장

김한숙

협조자

시행 보건의료정책과-494

(2024. 1. 25.)

접수

우 30113

세종특별자치시 도움4로 13 (어진동) 보건복지부 보건의료정책과 / <http://www.mohw.go.kr>

전화번호 044-202-2409

팩스번호 044-202-3933

/ [abb8600@korea.kr](mailto:abb8600@korea.kr)

/ 비공개(5)